
Wiederholgenauigkeit Kalibrierablauf mit CAL11 mit KS03
durchgeführt wurden 2550 Wiederholungen mit automatischer Zustellung
Relationen:
+/- 1dB entspr. 584,17; 465,70 mV (Diagramm)
+-0,5 dB entspr. 552,35; 492,52 mV
+/-0,25 dB entspr. 536,71; 506,88 mV
Mittelwert: 521,58 mV (blau)
Messwert KS03 (rot)
CAL11 intern (blau fett)
CAL11 intern
Messwert KS03
Empfindlichkeit Körperschallaufnehmer
KS03: 0,98 mV/ms-2
True RMS Amplitude [mV]
585
575
565
555
545
535
525
515
505
495
485
475
465
1
70
139
208
277
346
415
484
553
622
691
760
829
898
967
1036
1105
1174
1243
1312
1381
1450
1519
1588
1657
1726
1795
1864
1933
2002
2071
2140
2209
2278
2347
2416
2485
Kalibrierung NR.